

# Powiat Goleniowski

ul. Dworcowa 1, 72-100 Goleniów  
tel. 91 418-05-12, fax. 91 418-25-30

WRIP.272.10b.10.2012.AW

*- według rozdzielnika -*

dotyczy: postępowania o udzieleniu zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Zakup sprzętu rewalidacyjno – rehabilitacyjnego nie objętego dokumentacją projektową na potrzeby Powiatowego Centrum Edukacyjno – Rewalidacyjnego w Goleniowie**” w ramach projektu pn.: „**Budowa i wyposażenie Powiatowego Centrum Edukacyjno – Rewalidacyjnego na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Goleniowie**” nr **UDA-RPZP.07.01.02-32-002/10-00** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 7 „**Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia**” Działanie 7.1. „**Infrastruktura edukacyjna**” Poddziałanie 7.1.2. „**Infrastruktura edukacyjna - szkolnictwo gimnazjalne i ponadgimnazjalne**”.

## Wyjaśnienie nr 1

W związku ze złożonym zapytaniem dotyczącym zapisów zawartych w SIWZ działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych z późn. zm. wyjaśniam:

### **Załącznik 10-pozycja 9-stół rehabilitacyjny z elektryczną zmianą wysokości**

**Pytanie:** Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy stół rehabilitacyjny z następującymi parametrami:

Długość 203cm

Szerokość 70 cm

Wysokość 60-92cm

Waga 62 kg

Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

**Odpowiedź:** W związku z tym, że podane parametry nie zmieniają ani nie pomniejszają jakości użytkowania sprzętu, Zamawiający dopuszcza zaproponowane parametry.

### **Załącznik nr 11-pozycja 6-Aparat do magnetoterapii**

**Pytanie:** Czy Zamawiający wymaga aby aparat do magnetoterapii posiadał 2 niezależne kanały do magnetoterapii z osobnymi ustawieniami parametrów czy 2 kanały zależne?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że aparat do magnetoterapii powinien posiadać

2 niezależne kanały do magnetoterapii

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013




**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**UNIA EUROPEJSKA**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego





# Powiat Goleniowski

ul. Dworcowa 1, 72-100 Goleniów

tel. 91 418-05-12, fax. 91 418-25-30

## **Załącznik nr 11-pozycja 7 i 8-Aplikator do magnetoterapii**

**Pytanie:** Czy Zamawiający nie pomylił się podając średnicę aplikatora? Czy Zamawiający dopuści aplikator o średnicy 315mm lub 550mm?

### **Odpowiedź:**

**Odnosnie pozycji 7:** W związku z tym, że podana w specyfikacji średnica aplikatora jest minimalnym podanym wymiarem, zamawiający dopuszcza średnicę aplikatora 315mm.

**Odnosnie pozycji 8:** Zamawiający nie dopuszcza mniejszej niż 600mm średnicy aplikatora.

## **Część II**

**Pytanie: Pozycja nr 1:** Czy Zamawiający dopuści UGUL o wysokości 203 cm?

**Odpowiedź:** W związku z tym, że zmiana wysokości nie wpłynie na jakość użytkowania sprzętu Zamawiający dopuszcza UGUL o wysokości 203cm.

**Pytanie: Pozycja Nr 9:** Czy Zamawiający dopuści stół o długości 200 cm?

Czy Zamawiający dopuści stół o szerokości 70 cm?

Czy Zamawiający dopuści stół o ciężarze 58 kg?

Czy Zamawiający dopuści stół bez prętów do mocowania pasów na całej długości? Od strony terapeutycznej nie potrzeba jest mocowania na całej długości prętów, a zaproponowany stół

### **Odpowiedź:**

W związku z tym, że podane parametry nie zmieniają ani nie pomniejszą jakości użytkowania sprzętu, Zamawiający dopuszcza zaproponowane parametry.

Zamawiający informuje, że pręty do mocowania pasów powinny znajdować się na całej długości.

**Pytanie: Pozycja 14:** Czy Zamawiający dopuści piłkę o średnicy 65 cm?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza zmiany parametru.

**Pytanie: Pozycja 15:** Czy Zamawiający dopuści materac o wymiarach 195x85x5 cm?

### **Odpowiedź:**

W związku z tym, że podane parametry nie zmieniają ani nie pomniejszą jakości użytkowania sprzętu, Zamawiający dopuszcza zaproponowane parametry.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013



**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**UNIA EUROPEJSKA**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego







# Powiat Goleniowski

ul. Dworcowa 1, 72-100 Goleniów  
tel. 91 418-05-12, fax. 91 418-25-30

## Część III:

**Pytanie: Pozycja 1:** Czy Zamawiający wymaga materaca jednoczęściowego?  
Czy Zamawiający dopuści materac o wymiarach 195x85 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że wymagany jest materac jednoczęściowy.

Zamawiający informuje, że dopuszcza wyższe parametry od podanych w specyfikacji.

**Pytanie: Pozycja 6:** Czy Zamawiający wymaga aparatu z dwoma niezależnymi kanałami zabiegowymi?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że aparat do magnetoterapii powinien posiadać 2 niezależne kanały do magnetoterapii

**Pytanie: Pozycja 7:** Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający nie popełnił omyłki w kwestii mocowania aplikatora 300 mm do leżanki. Takiej średnicy aplikator umieszcza się na stoliku lub na leżance. Jeśli tak to czy Zamawiający zmieni pkt. 9 i będzie wymagał stolika pod aplikator?

Czy Zamawiający dopuści aplikator 315 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że w związku z tym, iż zamocowanie aplikatora do leżanki nie jest możliwe, wymaga się tylko możliwości umieszczenia go na leżance czyli podstawki. Zamawiający nie będzie wymagał stolika pod aplikator.

W związku z tym, że podana w specyfikacji średnica aplikatora jest minimalnym podanym wymiarem, Zamawiający dopuszcza średnicę aplikatora 315mm.

**Pytanie: Pozycja 8:** Proszę o wykreślenie pozycji „zdejmowana podstawka” Aplikator jest urządzeniem „w całości” i nie powinno się integrować w jego konstrukcję. Czy Zamawiający dopuści aplikator 550 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dopuszcza aplikator zamocowany jako przesuwany na leżance z poz.9. Zamawiający nie dopuszcza mniejszej niż 600mm średnicy aplikatora.

**Pytanie: Pozycja 10:** Czy Zamawiający dopuści leżankę o dł. 184?

Czy Zamawiający dopuści leżankę o szerokości 65 cm?

Czy Zamawiający dopuści leżankę o wysokości 65 cm

Czy Zamawiający dopuści leżankę o regulacji zagłówka zakresie 0-55 stopni co jest parametrem lepszym?

Czy Zamawiający dopuści leżankę z półką na całej długości leżanki co jest bardzo praktycznym rozwiązaniem?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanych parametrów.

**PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU**

*mgr Tomasz Stanisławski*

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013



**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**UNIA EUROPEJSKA**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego

