



# Powiat Goleniowski

ul. Dworcowa 1, 72-100 Goleniów  
tel. 91 418-05-12, fax. 91 418-25-30

Goleniów, dnia 15 lutego 2012 roku

WRIP.3432.10b.13.2012.MN

## ***Wszyscy uczestnicy postępowania***

dotyczy: postępowania o udzieleniu zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **„Zakup sprzętu rewalidacyjno – rehabilitacyjnego nie objętego dokumentacją projektową na potrzeby Powiatowego Centrum Edukacyjno - Rewalidacyjnego w Goleniowie”** w ramach projektu pn.: **„Budowa i wyposażenie Powiatowego Centrum Edukacyjno - Rewalidacyjnego na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Goleniowie” nr UDA-RPZP.07.01.02-32-002/10-00** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 7 **„Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia”** Działanie 7.1. **„Infrastruktura edukacyjna”** Poddziałanie 7.1.2. **„Infrastruktura edukacyjna - szkolnictwo gimnazjalne i ponadgimnazjalne”**.

## **Wyjaśnienie nr 2**

W związku ze złożonym zapytaniem dotyczącym zapisów zawartych w SIWZ działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych z późn. zm. wyjaśniam:

---

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013



**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**UNIA EUROPEJSKA**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego





# Powiat Goleniowski

ul. Dworcowa 1, 72-100 Goleniów  
tel. 91 418-05-12, fax. 91 418-25-30

**Pyt. 1.** Zwracamy się z prośbą o dokonanie zmiany w proponowanych umowach w następującym paragrafie: Paragraf 10.pkt.2 – zmiana zapisu na zgodny z zapisami Kodeksu Cywilnego art. 568 ust. 1 „Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku [...] licząc od Dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie postanawia zmieniać warunków umowy.

## **Pyt. dot. Zał. Nr 10**

### **Wymaganych granicznych parametrów techniczno-użytkowych**

1. Dot. pkt. 2. Czy Zamawiający dopuści pas do stabilizacji klatki piersiowej o wymiarach 118x300 (ze skóry) szt. 1?

**Odpowiedź:** W związku z tym, że podane parametry nie zmieniają ani nie pomniejszą jakości użytkowania sprzętu, Zamawiający dopuszcza zaproponowane parametry.

2. Dot. pkt. 2. Czy Zamawiający dopuści pas do stabilizacji podudzi o wymiarach 100x120 (ze skóry) szt.2?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanych parametrów.

3. Dot. pkt. 2. Czy Zamawiający dopuści pas do stabilizacji ud o wymiarach 118x300 (ze skóry)?

**Odpowiedź:** W związku z tym, że podane parametry nie zmieniają ani nie pomniejszą jakości użytkowania sprzętu, Zamawiający dopuszcza zaproponowane parametry.

4. Dot. pkt. 7. Czy Zamawiający dopuści Wyciąg przyścienny do pętli Glissona o następujących parametrach: dł. Ramienia 53 cm, uchwyt ścienny 26x28 cm, max. Obciążenie 10 kg, skórzana uprząż z metalowym orczykiem, a orczyk połączony z esikiem z linką dł.395 mm, szerokość 170 mm?

**Odpowiedź:** W związku z tym, że podane parametry nie zmieniają ani nie pomniejszą jakości użytkowania sprzętu, Zamawiający dopuszcza zaproponowane parametry.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013



**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**UNIA EUROPEJSKA**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego





# Powiat Goleniowski

ul. Dworcowa 1, 72-100 Goleniów  
tel. 91 418-05-12, fax. 91 418-25-30

5. Dot.pkt.8. Czy Zamawiający dopuści kolumnę przyścienną do ćwiczeń oporowych, wyposażony w ławeczkę oraz w metalowe ciężarki o wys.2180 mm, szer.160 mm, dł 300 mm, waga - 25 kg, max obciążenie 10 kg oraz o wymiarach ławeczki: dł. 1350 mm, szer.470 mm, wysokość 500 mm?

**Odpowiedź:** W związku z tym, że podane parametry nie zmieniają ani nie pomniejszą jakości użytkowania sprzętu, Zamawiający dopuszcza zaproponowane parametry.

6. Dot. pkt.9. Czy Zamawiający dopuści stół rehabilitacyjny z elektryczną zmianą wysokości o wymiarach dł. 1950, szer. 680 mm, wys. 450-950 mm, waga 59 kg? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** W związku z tym, że podane parametry nie zmieniają ani nie pomniejszą jakości użytkowania sprzętu, Zamawiający dopuszcza zaproponowane parametry.

7. Dot. pkt.11. Czy Zamawiający dopuści lustro korekcyjne trzyskrzydłowe o wymiarach tafli lustra: 70-160 cm + skrzydła 70-160 cm?

**Odpowiedź:** W związku z tym, że podane parametry nie zmieniają ani nie pomniejszą jakości użytkowania sprzętu, Zamawiający dopuszcza zaproponowane parametry, wskazując, że pozostałe parametry pozostają bez zmian.

8. Dot. pkt.12. Czy Zamawiający dopuści drabinkę rehabilitacyjną z drewna iglastego o wymiarach: dł. 256 cm, szer. 90 cm?

**Odpowiedź:** W związku z tym, że podane parametry nie zmieniają ani nie pomniejszą jakości użytkowania sprzętu, Zamawiający dopuszcza zaproponowane parametry.

9. Dot. pkt. 13. Czy Zamawiający dopuści piłkę rehabilitacyjną o średnicy 45 cm o powierzchni gładkiej w kolorze żółtym?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowany kolor. Nie dopuszcza jednak zmiany powierzchni na gładką.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013




**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**UNIA EUROPEJSKA**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego





# Powiat Goleniowski

ul. Dworcowa 1, 72-100 Goleniów  
tel. 91 418-05-12, fax. 91 418-25-30

10. Dot. pkt. 14. Czy Zamawiający dopuści piłkę rehabilitacyjną o średnicy 65 cm o powierzchni gładkiej w kolorze zielonym?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowany kolor. Nie dopuszcza zmiany wielkości piłki.

11. Dot. pkt. 19. Czy Zamawiający dopuści piłki do ćwiczeń miękkie: ringo o śr. 18 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę.

## Pyt. Dot. Zał. nr 11

### Wymaganych granicznych parametrów techniczno-użytkowych.

1. Dok. pkt. 1. Czy Zamawiający dopuści materac rehabilitacyjny o wym.: dł.195 cm, szer. 85 cm, wysokość 5 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że dopuszcza wyższe parametry od podanych w specyfikacji.

2. Dok. pkt.10. Czy Zamawiający dopuści leżankę rehabilitacyjną dostosowaną do zabiegów elektroterapii i światłolecznictwa z drewnianego bukowego jasnego o wym.: dł. 1840 mm, szer. 680 mm, wys. 650 mm, regulowany zagłówek w zakresie 0-30 stopni, bez szuflady?

Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanych parametrów.

3. Dok. pkt.20. Czy Zamawiający dopuści stolik pod aparat elektroterapii o konstrukcji metalowej malowanej proszkowo, kółka transportowe bez blokady w wym. 90 cm, dł. 52 cm, szer. 45 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane parametry.





# Powiat Goleniowski

ul. Dworcowa 1, 72-100 Goleniów  
tel. 91 418-05-12, fax. 91 418-25-30

## Pyt. dot. zał. nr 6a-e Projekt umowy

1. Dok. pkt.2. podpunkt 1. Czy Zamawiający zgodzi się na rezygnację z punktu mówiącego o dokonaniu oględzin miejsca wykonania prac koniecznych dla należytego wykonania przedmiotu umowy? Swoją prośbę motywujemy tym, iż jest to sprzęt który jest prosty w montażu, a dodatkowa wizyta będzie skutkowałą podniesieniem cen ofert.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że rezygnacja z dokonania oględzin miejsca wykonania prac koniecznych dla należytego wykonania przedmiotu umowy dokonywana jest tylko na odpowiedzialność oferenta.

Pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższa zmiana stanowi integralną część SIWZ. Z uwagi na termin wprowadzenia zmiany, jej zakres i charakter, Zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert. Dotychczasowe terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

Z poważaniem,

**PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU**  
*mgr Tomasz Stanisławski*

