



WIR.272.21.8.2018.AS

Goleniów, dnia 21.09.2018 roku

dotyczy: postępowania o udzieleniu zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Zakup aparatów USG wraz z dostawą, montażem i szkoleniem personelu”

Wyjaśnienie nr 1

W związku ze złożonym zapytaniem dotyczącym zapisów zawartych w SIWZ działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) wyjaśniam:

Pytanie nr 1:

Dotyczy zapisów SIWZ – Część III- opis przedmiotu zamówienia- Część 1 – aparat USG 4-portowy

Zgodnie z informacją zawartą w formularzu **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- zał. 6a** prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga aparatu:

„Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz montażem i szkoleniem personelu podemonstracyjnego, nieszkodzonego, nieobciążonego prawami osób lub podmiotów trzecich aparatu USG 4-portowego, spełniającego normy bezpieczeństwa oraz parametry techniczne określone w specyfikacjach technicznych.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje przedmiot zamówienia na własny koszt w **Szpitalnym Centrum Medycznym Sp. z o.o., ul. Nowogardzka 2; 72-100 Goleniów** oraz przeszkoli personel.

Szczegółowy opis zamówienia, ilość, wymagane parametry, konfiguracje oraz inne wymagania zawiera **załącznik nr 6a do SIWZ.**

Odpowiedź:

TAK. Zamawiający wyjaśnia, że w ramach pojęcia fabrycznie nowy dopuszcza zaoferowanie egzemplarza podemonstracyjnego wyprodukowanego nie później niż we wrześniu 2016 roku.

Pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

WICESTAROSTA

mgr Tomasz Stanisławski