

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**Przedmiot zamówienia: Aparat EKG 12-kanalowy - 1 szt.**

Producent:

Kraj pochodzenia: Polska

Oferowany model:

Rok produkcji:

L.p.	PARAMETR / WARUNEK	Wartość wymagana	Oferowana wartość
	Wymagania ogólne		
1.	Aparat 3,6,12 kanałowy	Tak, opisać	
2.	Analiza i interpretacja ekg	Tak	
3.	Klawiatura alfanumeryczna	Tak	
4.	Detekcja stymulatora serca	Tak	
5.	Wyświetlacz graficzny, prezentacja przebiegu 3,6, oraz 12 kanałów ekg	Tak	
6.	Szerokość papieru min. 110mm	Podać	
7.	Pamięć przebiegów EKG pozwalająca na wykonanie kopii bieżącego zapisu EKG	Tak	
8.	Zasilanie sieciowe, akumulator bezobsługowy wraz z ładowarką wbudowany wewnątrz aparatu.	Tak	
9.	Głowica drukująca z automatyczną regulacją linii izoelektrycznej, Cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych i mięśniowych	Tak	
10.	Interfejs komunikacyjny RS 232	Tak, opisać	
11.	Sygnał EKG 12 odprowadzeń standardowych	Tak	
12.	Odprowadzenia Cabrera	Tak	
13.	Sygnalizacja braku kontaktu elektrod z pacjentem	Tak	
14.	Czułość 2,5/5/10/20 mm/mv	Tak, opisać	
15.	Prędkość 5/10/25/50 mm/s	Tak opisać	
16.	Waga max 2,0 kg	Tak, opisać	
17.	Wypożyczenie : 1 kpl elektrod dla dorosłych piersiowych przyssawkowych (6 szt.), 1 kpl elektrod kończynowych klipsowych 4 szt. 1 kpl kabli	Tak opisać	
18.	Wypożyczenie dodatkowe Papier milimetrowy, termoczuły w rolce -1 szt. Zel do EKG w op. 250 g -1 szt. Wózek pod oferowany aparat EKG -1 szt. z wysięgnikiem na kabel pacjenta, skrzynka na akcesoria Koła wyposażone w blokadę.	Tak	
19.	Możliwość rozbudowy o spirometrię oraz program zarządzania danymi EKG Możliwość wysyłania badania przez telefon komórkowy do systemu archiwizacji danych	Tak	