

- PROJEKT -

UMOWA Nr WRIP.272.6b....2011

zawarta w dniu w Goleniowie pomiędzy:
Powiatem Goleniowskim, adres: 72-100 Goleniów, ul. Dworcowa 1, NIP 856-15-77-155,
zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

- Przewodniczącego Zarządu – Tomasza Stanisławskiego,
- Członka Zarządu – Tomasza Kulnicza

a

.....
.....
zwany dalej „Wykonawcą”.

§ 1

1. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn.: **„Zakup sprzętu medycznego wraz z dostawą, montażem i szkoleniem personelu na potrzeby Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego w Goleniowie” – część 2 (Monitory)** Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować wymienione zamówienie na zasadach określonych w niniejszej umowie. Ilości i rodzaj sprzętu medycznego objętego zamówieniem zostały określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy oraz dokumentach powołanych w ust. 3 poniżej.
2. W ramach realizacji zamówienia **Wykonawca** dokona dostawy, montażu i uruchomienia kompletnego, zgodnego z umową sprzętu medycznego oraz dokona wymaganego przeszkolenia pracowników szpitala w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Powiatowym (Oddział Ginekologiczno-Położniczy) w Goleniowie przy ul. Nowogardzkiej 2.
3. Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią:
 - 1) formularz ofertowy Wykonawcy,
 - 2) zbiorcze zestawienie cenowe przedmiotu zamówienia,
 - 3) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
4. Po wykonaniu przedmiotu umowy **Wykonawca** jest zobowiązany doprowadzić do poprzedniego stanu i uporządkować miejsce w którym wykonywano czynności związane z realizacją zamówienia.

§ 2

1. **Wykonawca** oświadcza, iż:

- 1) dokonał oględzin miejsca wykonania prac koniecznych dla należytego wykonania przedmiotu umowy, zapoznał się z warunkami panującymi w tym miejscu w szczególności z faktem, iż realizacja umowy dokonywana będzie w ramach nieprzerwanego funkcjonującego obiektu szpitala i nie może wpływać negatywnie na jego funkcjonowanie, oraz iż nie zgłasza w związku z tym żadnych zastrzeżeń,
- 2) posiada uprawnienia do wykonywania prac objętych przedmiotem umowy,
- 3) posiada wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do należytego wykonania przedmiotu umowy,
- 4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie przedmiotu umowy,

- 5) nie istnieją żadne okoliczności faktyczne lub prawne, które uniemożliwiłyby lub utrudniały należyte wykonanie przedmiotu umowy.
2. **Wykonawca** zobowiązany jest informować niezwłocznie **Zamawiającego** w toku wykonywania umowy w formie pisemnej o każdorazowej zmianie okoliczności o których mowa w ust. 1.
3. **Wykonawca** w ramach realizacji zamówienia zobowiązuje się:
- 1) dostarczyć sprzęt właściwej jakości, fabrycznie nowy, nie obciążony prawami osób trzecich oraz bez naruszenia praw własności intelektualnej,
 - 2) wydać najpóźniej przy odbiorze przedmiotu umowy dokumenty gwarancyjne, certyfikaty jakości CE wystawione przez uprawnione jednostki medyczne, deklaracje zgodności z wymogami UE wystawione przez producenta oraz inne równoważne dokumenty potwierdzające wymagania jakościowe.
 - 3) na wyrób składający się z kilku różnych urządzeń lub elementów należy przedstawić deklarację zgodności na wszystkie elementy systemu lub zestawu oraz załączyć oświadczenie osoby dokonującej zestawienia systemu lub zestawu zgodne z regulacjami art. 8 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (dz. U. nr 107, poz. 679).

§ 3

1. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 6 tygodni od dnia podpisania umowy.
2. Za datę wykonania przedmiotu umowy uznaje się datę podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu umowy przez **Zamawiającego** a jeżeli protokół odbioru przedmiotu umowy wskazuje wady – datę podpisania przez **Zamawiającego** protokołu potwierdzającego usunięcie wad wyszczególnionych w protokole odbioru przedmiotu umowy.

§ 4

1. **Wykonawca** nie może bez pisemnej zgody **Zamawiającego** powierzyć wykonania przedmiotu umowy innym osobom.
2. Działanie wbrew postanowieniu ust. 1 będzie uzasadniało odstąpienie przez **Zamawiającego** od umowy z przyczyn leżących po stronie **Wykonawcy**.

§ 5

Osobą uprawnioną ze strony **Zamawiającego** do kontroli i nadzoru nad wykonaniem przedmiotu umowy będzie Aleksandra Spałek – Inspektor w Wydziale Rozwoju, Inwestycji i Promocji oraz Agnieszka Wróblewska – Kierownik administracyjno-techniczny SPSP; zmiana tych osób przez **Zamawiającego** nie stanowi zmiany umowy.

§ 6

1. **Wykonawcy** za wykonanie i przekazanie niewadliwego przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe netto w wysokościzł (słownie).
2. Do określonego w ust. 1 wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT w kwociezł (słownie); wynagrodzenie ryczałtowe brutto wynosizł (słownie).
3. Ustalone wynagrodzenie jest niezmiennie, obejmuje wszelkie koszty, narzuty i dodatki **Wykonawcy** oraz wszystkie koszty towarzyszące przygotowaniu, realizacji i odbiorowi przedmiotu umowy i nie będzie podlegało żadnym zmianom.

§ 7

1. Strony ustalają, iż zapłata wynagrodzenia **Wykonawcy** zostanie dokonana jednorazowo na wskazany przez niego rachunek bankowy – w terminie 30 dni od doręczenia **Zamawiającemu** prawidłowo wystawionej faktury vat.
2. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego **Zamawiającego**.
3. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest bezusterkowy protokół odbioru przedmiotu umowy podpisany przez **Zamawiającego**. W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy zostaną one ujęte w protokole odbioru a podstawą wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez **Zamawiającego** protokół usunięcia tych wad.
4. Kopia protokołu lub protokołów, o których mowa w ust. 3 powyżej, zostanie załączona do faktury wystawionej przez Wykonawcę, wraz z oryginałem karty gwarancyjnej, pod rygorem odesłania faktury jako wystawionej nieprawidłowo.

§ 8

1. Przedmiot umowy podlega odbiorowi po jego wykonaniu. Z czynność odbioru sporządzony zostanie protokół podpisany przez **Zamawiającego i Wykonawcę**.
2. Warunkiem przystąpienia przez **Zamawiającego** do odbioru przedmiotu umowy jest:
 - a) dostarczenie, montaż i uruchomienie przez **Wykonawcę** sprzętu medycznego oraz przeszkolenie pracowników szpitala;
 - b) dostarczenie przez **Wykonawcę** dokumentów wymaganych § 2 ust. 3 pkt 2 i 3 Umowy;
 - c) pisemne zgłoszenie gotowości do odbioru przez **Wykonawcę**.
3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, w tym niekompletność przedmiotu umowy, wówczas **Zamawiający** może według swojego wyboru:
 - a) odmówić odbioru przedmiotu umowy i wyznaczyć Wykonawcy termin na usunięcie wad. Po usunięciu wad, **Wykonawca** zgłosi **Zamawiającemu** ponownie gotowość do odbioru;
 - b) podpisać protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy z wyszczególnieniem wad i wyznaczonego przez **Zamawiającego** terminu na ich usunięcie. W takiej sytuacji po usunięciu wad Wykonawca zgłosi **Zamawiającemu** gotowość do odbioru usunięcia tych wad, co zostanie stwierdzone protokołem potwierdzającym usunięcie wad, który dla swej ważności wymaga podpisu **Zamawiającego**.
3. Wystąpienie wad i skorzystanie przez **Zamawiającego** z kompetencji określonych w ust. 2 powyżej nie umniejsza odpowiedzialności **Wykonawcy** za nienależyte (w tym nieterminowe) wykonanie przedmiotu umowy.

§ 9

1. **Wykonawca** udziela **Zamawiającemu** na przedmiot umowy gwarancji jakości, zapewniając o jego należytej jakości; okres gwarancji zgodny jest z postanowieniami karty gwarancyjnej (zał. nr 7a do SIWZ) i wynosi 12 miesięcy licząc od dnia dokonania odbioru przedmiotu umowy w stanie bez wad.
2. **Wykonawca** ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wszelkie wady przedmiotu umowy (fizyczne lub prawne), w tym zmniejszające wartość użytkową, techniczną lub estetyczną przedmiotu umowy i jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia tych wad.
3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad, **Zamawiający** poinformuje o tym **Wykonawcę** na piśmie i wyznaczy mu termin do ich usunięcia, nie dłuższy jednak niż pięć dni roboczych.

4. W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym przez **Zamawiającego** terminie **Zamawiający** może naliczyć karę umowną zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz zlecić ich usunięcie na koszt i niebezpieczeństwo **Wykonawcy**. Niezależnie od powyższego, w przypadku gdy usuwanie wad trwa dłużej niż 5 dni **Wykonawca** zobowiązany jest zapewnić sprzęt zastępczy o równoważnych parametrach, pod rygorem dodatkowego obciążenia **Wykonawcy** szkodami wynikłymi z niedopełnienia tego obowiązku (jak koszty najmu sprzętu zastępczego, zapłacone przez **Zamawiającego** odszkodowania czy utracone korzyści).
5. Dokument gwarancji wystawiony zostanie z chwilą podpisania protokołu odbioru w formie i treści według załącznika nr 7a do SIWZ. W przypadku jego nie wystawienia niniejsza Umowa zastępuje dokument gwarancji.
6. Czas naprawy wyłączony będzie z okresu gwarancyjnego; okres gwarancji zostanie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy.
7. W okresie gwarancji wszystkie koszty związane z usunięciem wad, w tym dostarczenie wadliwego sprzętu medycznego do punktu serwisowego, obciążają **Wykonawcę**.
8. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji sprzętu medycznego wady powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją użytkowania.
9. Gwarancja nie może ograniczać praw **Zamawiającego** do przekazywania sprzętu medycznego do innych jego jednostek organizacyjnych.

§ 10

1. **Wykonawca** udziela rękojmi na przedmiot umowy. Okres rękojmi rozpoczyna swój bieg z odbiorem przedmiotu umowy przez **Zamawiającego**.
2. Odpowiedzialność **Wykonawcy** z tytułu rękojmi wygasa po 6 miesiącach od upływu okresu gwarancji, nie wcześniej jednak niż po 18 miesiącach od dnia odbioru przedmiotu umowy bez wad.
2. O wykryciu wady **Zamawiający** zawiadomi na piśmie **Wykonawcę** niezwłocznie, nie później niż w terminie trzydziestu dni od daty jej ujawnienia.
3. **Wykonawca** jest zobowiązany na własny koszt i własnym staraniem niezwłocznie usunąć wszystkie wady odnoszące się do przedmiotu umowy.
4. Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli **Zamawiający** zgłosi **Wykonawcy** istnienie wady w okresie rękojmi.
5. Zgłoszone przez **Zamawiającego** wady powinny być usunięte przez **Wykonawcę** w terminie ustalonym przez **Zamawiającego**, nie dłuższym niż 5 dni. Nie usunięcie przez **Wykonawcę** wad w terminie uprawnia **Zamawiającego** do zlecenia ich usunięcia na koszt i niebezpieczeństwo **Wykonawcy** oraz do naliczenia **Wykonawcy** kar umownych.

§ 11

1. **Zamawiający** może odstąpić od Umowy bez dodatkowego wezwania w przypadku, gdy:
 - a) **Wykonawca** opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy a opóźnienie przekracza 14 dni w stosunku do terminu określonego na podstawie § 3 ust. 1 umowy;
 - b) **Wykonawca** opóźnia się z usunięciem wad przedmiotu umowy (zgłoszonych przy odbiorze przedmiotu umowy lub w okresie odpowiedzialności z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi) a opóźnienie przekracza o 7 dni termin wyznaczony na usunięcie wad;
 - c) **Wykonawca** narusza postanowienia Umowy, w szczególności w zakresie ilości, jakości i rodzaju sprzętu medycznego;
 - d) w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2. Odstąpienie od Umowy może być wykonane do dnia odbioru przedmiotu umowy przez **Zamawiającego** bez wadzenia ustania odpowiedzialności **Wykonawcy** z tytułu rękojmi.

§ 12

1. **Wykonawca** zapłaci **Zamawiającemu** kary umowne:

- a) z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy, w wysokości 1 % wynagrodzenia netto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.
- b) z tytułu nie usunięcia w określonym przez **Zamawiającego** terminie stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości lub rękojmi wad, w wysokości 1 % wynagrodzenia netto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia;
- c) w razie odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w § 11 ust. 1 powyżej, w wysokości 20 % wynagrodzenia netto określonego w § 6 ust. 1.

2. Kary mogą być sumowane a odstąpienie od Umowy nie powoduje wygaśnięcia odpowiedzialności **Wykonawcy** z tytułu kar umownych. **Wykonawca** zapłaci **Zamawiającemu** karę umowną w terminie siedmiu dni od daty wystąpienia przez **Zamawiającego** z żądaniem zapłacenia kary.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w sytuacji, gdyby szkoda przewyższyła wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 13

1. W przypadku spowodowania przez **Wykonawcę** szkody w mieniu **Zamawiającego**, niezależnie od tego czy szkoda jest następstwem umyślnego zachowania, czy też niedbalstwa lub lekkomyślności osób zatrudnionych przez **Wykonawcę**, ponosi on pełną odpowiedzialność za naprawienie tej szkody.

2. Szkoda obejmuje w szczególności wszelkie następstwa stanowiące zniszczenie lub uszkodzenie mienia albo zmniejszenie jego właściwości użytkowych lub estetycznych.

3. Naprawienia szkody **Wykonawca** dokona na własny koszt poprzez przywrócenie do stanu poprzedniego lub zapłatę odszkodowania pokrywającego wyrządzoną szkodę.

§ 14

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody na osobie i mieniu wyrządzone w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

§ 15

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, **Zamawiający** może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, **Wykonawca** może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

3. **Wykonawca** nie może bez pisemnej zgody **Zamawiającego** przenieść na inną osobę wiarytelności wynikających z niniejszej umowy.

§ 16

Każda ze stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej strony o każdorazowej zmianie swojego adresu, pod rygorem przyjęcia, że pismo wysłane na wskazany w umowie adres zostanie uznane za doręczone.

§ 17

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 18

Spory mogące wynikać z niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla **Zamawiającego**.

§ 19

W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy – prawo zamówień publicznych oraz ustawy o wyrobach medycznych.

§ 20

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający a jeden egzemplarz Wykonawca.

Za Zamawiającego:

Za Wykonawcę:

Załącznik nr 1 do umowy WRIP.272.6b....2011

Monitory parametrów życiowych – szt. 5

Rok produkcji: 2011

L.p.	Opis wymaganych parametrów i funkcji	Wymóg graniczny	Potwierdzenie, opis
I. Parametry ogólne:			
1.	Monitor przystosowany do pracy w standardowej sieci Ethernet. Możliwość rozbudowy o komunikację bezprzewodową	TAK	
2.	Zasilanie monitora z sieci prądu zmiennego o napięciu 230 V/50 Hz oraz z sieci prądu stałego o napięciu 12 V	TAK	
3.	Wewnętrzne zasilanie akumulatorowe na co najmniej 2 h pracy	TAK (podać)	
4.	Akumulator wymienialny przez użytkownika bez rozkręcania monitora	TAK	
5.	Monitor o wadze maks. 6 kg z akumulatorami	TAK (podać)	
6.	W obudowie zintegrowana rączka umożliwiająca przenoszenie monitora i zawieszenie monitora na poręczy	TAK	
7.	Przekątna ekranu min. 10"	TAK (podać)	
8.	Typ ekranu kolorowy LCD TFT o rozdzielczości min. 800 x 600	TAK (podać)	
9.	3. stopniowy układ alarmowy dla wszystkich monitorowanych parametrów	TAK	
10.	Ustawianie wszystkich granic alarmowych i czasu wyciszenia alarmu w jednym wspólnym menu. Dopuszcza się automatyczne ustawianie granic.	TAK	
11.	Ilość kanałów dynamicznych min. 6	TAK (podać)	
12.	Zapamiętywanie min. 50 odcinków krzywych dynamicznych związanych z sytuacjami alarmowymi	TAK	
13.	96 h pamięć trendów wszystkich monitorowanych parametrów.	TAK (podać)	
14.	Funkcja wyświetlania krótkich odcinków trendów (ostatnie 1 lub 2 godz.) obok odpowiadających im krzywych dynamicznych.	TAK	
15.	Funkcja wyświetlania min. 5 ostatnich pomiarów ciśnienia krwi na ekranie z krzywymi dynamicznymi	TAK	
16.	Programowanie wyświetlania krzywych dynamicznych wraz z wartościami cyfrowymi i ekranu „dużych cyfr”	TAK	
17.	Funkcja obliczania dawkowania leków (kalkulator lekowy)	TAK	
18.	Instrukcja w języku polskim, w formie elektronicznej (na CD) załączona do oferty	TAK	
19.	Komunikaty na ekranie w języku polskim, obsługa przy pomocy pokrętła i przycisków funkcyjnych.	TAK	
20.	Możliwość wbudowania w monitor pomiaru kapnografii dla noworodków, dzieci i dorosłych, możliwość rozbudowy o 12. odprowadzeniowe EKG.	TAK	
II. Pomiar EKG/ST/RESP			
21.	Pomiar częstości pracy serca w zakresie co najmniej 20 do 250 B/min	TAK	
22.	Pomiar częstości oddechu w zakresie co najmniej od 6 do 120 R/min	TAK	
23.	Analiza odchylenia odcinka ST z min 2. odprowadzeń EKG	TAK	
	Analiza amplitudy min. 10 lektogramii		

