

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ 3 – DETEKTOR TĘTNA PŁODU

Zestawienie parametrów technicznych – 2 szt.

Kraj pochodzenia : Polska

Rok produkcji : 2011

<i>Lp.</i>	<i>OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA</i>	<i>PARAMETRY WYMAGANE</i>	<i>PARAMETRY OFEROWANE</i>
1.	Detektor przeznaczony do badania tętna płodu	TAK	
2.	Aparat przenośny	TAK	
3.	Regulacja głośności: ręczna 10 stopniowa i automatyczna	TAK	
4.	Moc akustyczna: 1W	TAK	
5.	Głowica: 7-elementowa, szerokokątna	TAK	
6.	Czas pracy ciągłej: 30 godzin	TAK	
7.	Zakres pomiaru tętna: 50-210 bpm	TAK	
8.	Zasilanie: bateryjne lub akumulatorowe	TAK	
9.	Niska waga do 280g	TAK	
10.	Wyświetlacz częstości tętna FHR: LED	TAK	
11.	Zliczanie tętna: automatyczne i ręczne (10 uderzeń)	TAK	
	Warunki serwisu i gwarancji		
1.	Gwarancja dla wszystkich urządzeń należących do przedmiotu zamówienia min 12 m-cy liczona od dnia podpisania protokołu odbioru całości zadania	TAK	
2.	Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany podzespołu na nowy max 3 naprawy	TAK	
3.	Czas oczekiwania na usunięcie awarii max 5 dni roboczych	TAK	
4.	Czas reakcji na usunięcie awarii max 24 godz. w dni robocze	TAK	
5.	Instrukcje obsługi w języku polskim	TAK	
6.	Możliwość zgłaszania usterek 24 h/dobę	tak, podać nr tel. i nr faks	