

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 128423-2011 z dnia 2011-05-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Goleniów
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz montażem i szkoleniem personelu fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego, nieobciążonego prawami osób lub podmiotów trzecich sprzętu medycznego, spełniającego normy bezpieczeństwa oraz...
Termin składania ofert: 2011-05-12

Numer ogłoszenia: 131893 - 2011; data zamieszczenia: 09.05.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 128423 - 2011 data 04.05.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Powiat Goleniowski, ul. Dworcowa 1, 72-100 Goleniów, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4180512, 4180361, fax. 091 4182530.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.3.
- **W ogłoszeniu jest:** Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 12 do SIWZ: a) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH LAMPY ZABIEGOWEJ PRZYŚCIENNEJ - 3 szt. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PARAMETRY WYMAGANE 1 Lampa przeznaczona do oświetlania pola podczas zabiegów medycznych TAK 2 Lampa na statywie pięcioramiennym przyścienna TAK 3 Regulacja wartości natężenia oświetlenia realizowana elektronicznie w sposób płynny w zakresie: min. 30 -100 % TAK 4 Natężenie oświetlenia min. 30 000 lx z odległości 1m TAK 5 Natężenie oświetlenia min. 35 000 lx z odległości 0,8m TAK 6 Moc żarówki min. 50W TAK 7 Średnica pola operacyjnego: min. 13 cm TAK 8 Temperatura barwowa min. 4000 K TAK 9 Ochrona przed porażeniem elektrycznym - I klasa TAK 10 Zasilanie: 230V, 50/60 Hz TAK 13 Układ zawieszenia umożliwiający regulację oraz obrót głowicy TAK Warunki serwisu i gwarancji 1. Gwarancja dla wszystkich urządzeń należących do przedmiotu zamówienia min 12 m-cy liczona od dnia podpisania protokołu odbioru całości zadania TAK 2. Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany podzespołu na nowy max 3 naprawy TAK 3. Czas oczekiwania na usunięcie awarii max 5 dni roboczych TAK 4. Czas reakcji

na usunięcie awarii max 24 godz. w dni robocze TAK 5. Instrukcje obsługi w języku polskim TAK 6. Możliwość zgłaszania usterek 24 h/dobę tak, podać nr tel. i nr faks b) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH LAMPY ZABIEGOWEJ PRZEJEZDNEJ - 2 szt. Kraj pochodzenia : Polska Rok produkcji : 2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PARAMETRY WYMAGANE PARAMETRY OFEROWANE 1 Lampa przeznaczona do oświetlania pola podczas zabiegów medycznych TAK 2 Lampa na statywie pięcioramiennym, przejezdna, wyposażona w koła TAK 3 Regulacja wartości natężenia oświetlenia realizowana elektronicznie w sposób płynny w zakresie: min. 30 -100 % TAK 4 Natężenie oświetlenia min. 30 000 lx z odległości 1m TAK 5 Natężenie oświetlenia min. 35 000 lx z odległości 0,8m TAK 6 Moc żarówki min. 50W TAK 7 Średnica pola operacyjnego: min. 13 cm TAK 8 Temperatura barwowa min. 4000 K TAK 9 Ochrona przed porażeniem elektrycznym - I klasa TAK 10 Zasilanie: 230V, 50/60 Hz TAK 13 Układ zawieszenia umożliwiający regulację oraz obrót głowicy TAK Warunki serwisu i gwarancji 7. Gwarancja dla wszystkich urządzeń należących do przedmiotu zamówienia min 12 m-cy liczona od dnia podpisania protokołu odbioru całości zadania TAK 8. Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany podzespołu na nowy max 3 naprawy TAK 9. Czas oczekiwania na usunięcie awarii max 5 dni roboczych TAK 10. Czas reakcji na usunięcie awarii max 24 godz. w dni robocze TAK 11. Instrukcje obsługi w języku polskim TAK 12. Możliwość zgłaszania usterek 24 h/dobę tak, podać nr tel. i nr faks.

- **W ogłoszeniu powinno być:** Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 12 do SIWZ: a) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH LAMPY ZABIEGOWEJ PRZYŚCIENNEJ - 3 szt. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PARAMETRY WYMAGANE 1 Lampa przeznaczona do oświetlania pola podczas zabiegów medycznych TAK 2 Lampa przyścienna TAK 3 Regulacja wartości natężenia oświetlenia realizowana elektronicznie w sposób płynny w zakresie: min. 30 -100 % TAK 4 Natężenie oświetlenia min. 30 000 lx z odległości 1m TAK 5 Natężenie oświetlenia min. 35 000 lx z odległości 0,8m TAK 6 Moc żarówki min. 50W TAK 7 Średnica pola operacyjnego: min. 13 cm TAK 8 Temperatura barwowa min. 4000 K TAK 9 Ochrona przed porażeniem elektrycznym - I klasa TAK 10 Zasilanie: 230V, 50/60 Hz TAK 13 Układ zawieszenia umożliwiający regulację oraz obrót głowicy TAK Warunki serwisu i gwarancji 1. Gwarancja dla wszystkich urządzeń należących do przedmiotu zamówienia min 12 m-cy liczona od dnia podpisania protokołu odbioru całości zadania TAK 2. Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany podzespołu na nowy max 3 naprawy TAK 3. Czas oczekiwania na usunięcie awarii max 5 dni roboczych TAK 4. Czas reakcji na usunięcie awarii max 24 godz. w dni robocze TAK 5. Instrukcje obsługi w języku polskim TAK 6. Możliwość zgłaszania usterek 24 h/dobę tak, podać nr tel. i nr faks b) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH LAMPY ZABIEGOWEJ PRZEJEZDNEJ - 2 szt. Kraj

pochodzenia : Polska Rok produkcji : 2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PARAMETRY WYMAGANE PARAMETRY OFEROWANE 1 Lampa przeznaczona do oświetlania pola podczas zabiegów medycznych TAK 2 Lampa na statywie pięcioramiennym, przejezdna, wyposażona w koła TAK 3 Regulacja wartości natężenia oświetlenia realizowana elektronicznie w sposób płynny w zakresie: min. 30 -100 % TAK 4 Natężenie oświetlenia min. 30 000 lx z odległości 1m TAK 5 Natężenie oświetlenia min. 35 000 lx z odległości 0,8m TAK 6 Moc żarówki min. 50W TAK 7 Średnica pola operacyjnego: min. 13 cm TAK 8 Temperatura barwowa min. 4000 K TAK 9 Ochrona przed porażeniem elektrycznym - I klasa TAK 10 Zasilanie: 230V, 50/60 Hz TAK 13 Układ zawieszenia umożliwiający regulację oraz obrót głowicy TAK Warunki serwisu i gwarancji 7. Gwarancja dla wszystkich urządzeń należących do przedmiotu zamówienia min 12 m-cy liczona od dnia podpisania protokołu odbioru całości zadania TAK 8. Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany podzespołu na nowy max 3 naprawy TAK 9. Czas oczekiwania na usunięcie awarii max 5 dni roboczych TAK 10. Czas reakcji na usunięcie awarii max 24 godz. w dni robocze TAK 11. Instrukcje obsługi w języku polskim TAK 12. Możliwość zgłaszania usterek 24 h/dobę tak, podać nr tel. i nr faks.