



# Starostwo Powiatowe w Goleniowie

72-100 Goleniów, ul. Dworcowa 1

tel. (091) 418 05 12; 418 03 61; fax (091) 418 25 30

Goleniów, dnia 10.05.2011 r.

WRIP.272.6.15.2011.AS

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup sprzętu medycznego wraz z dostawą, montażem i szkoleniem personelu na potrzeby Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego w Goleniowie”

## Wyjaśnienie nr 2 ze zmianą Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku ze złożonymi zapytaniem dotyczącymi zapisów zawartych w SIWZ działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych z późn. zm. wyjaśniam:

*Dotyczy części 4 – Lampa zabiegowa przyścienna – 3 szt.*

**Pytanie nr 1:** Czy Zamawiający mógłby sprecyzować co ma na myśli mówiąc „lampa zabiegowa na statywie pięcioramiennym przyściennym”? Czy Zamawiający oczekuje lampy mocowanej do ściany czy też na statywie pięcioramiennym? Czy Zamawiający dopuści zatem lampę mocowaną do ściany na regulowanym ramieniu lub też lampę na mobilnej podstawie czteroramiennej?

**Odpowiedź:** Zamawiający miał na myśli lampę zabiegową mocowaną do ściany, bez statywu. Zapis o statywie jest wprowadzony do SIWZ omyłkowo a wyjaśnienie odnośnie tego zapisu zostało podane w „Wyjaśnieniu nr 1” z dnia 06.05.2011 r. na stronie BIP

[http://spow.goleniow.ibip.pl/public/get\\_file\\_contents.php?id=222863](http://spow.goleniow.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=222863)).

**Pytanie nr 2:** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową nie posiadającą możliwości elektronicznej regulacji wartości natężenia oświetlenia? Regulacja następuje wyłącznie poprzez regulację odległości czaszy lampy.

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 3:** Czy Zamawiający oczekuje do zaoferowania lampę, na którą Wykonawca udzieli 5 letniej gwarancji? Pozwoli to na zaproponowanie wyłącznie sprzętu najwyższej jakości.

**Odpowiedź:** Zamawiający oczekuje lampy spełniającej wymagania SIWZ.

*Dotyczy części 4 – Lampa zabiegowa przejezdna – 2 szt.*

**Pytanie nr 4:** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę na mobilnej podstawie czteroramiennej? Oferowany parametr nieznacznie różni się od wymaganego i nie powoduje pogorszenia parametrów funkcjonalnych ani użytkowych lampy.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 5:** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową nie posiadającą możliwości elektronicznej regulacji wartości natężenia oświetlenia? Regulacja następuje wyłącznie poprzez regulację odległości czaszy lampy.

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 6:** Czy Zamawiający oczekuje do zaoferowania lampę, na którą Wykonawca udzieli 5 letniej gwarancji? Pozwoli to na zaproponowanie wyłącznie sprzętu najwyższej jakości.

**Odpowiedź:** Zamawiający oczekuje lampy spełniającej wymagania SIWZ.

*Dotyczy części 2 – monitory – 5 szt.*

**Pytanie nr 7:** pkt. 2 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor, który nie posiada możliwości ładowani prądem stałym o napięciu 12V? funkcja taka jest potrzebna tylko w przypadku używania kardiomonitora w czasie transportu oraz ładowania z gniazda znajdującego się w ambulansie. W zamian za to monitor będzie posiadał bardzo wydajny system baterii wymienianych przez użytkownika pozwalający na pracę monitora przez 5-6 godzin.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 8:** pkt.7 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor, w którym przekątna ekranu będzie wynosiła 8,4 cala? Jest to niewielka różnica względem wymagań Zamawiającego i nie będzie miała dużego wpływu na jakość obsługi kardiomonitora. Oferowany monitor będzie posiadał ekran dotykowy, co znacznie ułatwia obsługę.

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 9:** pkt. 5 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor o wadze 7-8 kg z akumulatorami? Jest to niewielka różnica względem wymagań Zamawiającego, co przy mocowaniu ściennym oraz podstawie jezdnej nie będzie odczuwalnym dyskomfortem dla Zamawiającego. Ponadto większą wagę kardiomonitor zrekompensuje większym i bardziej czytelnym ekranem dotykowym 15'' o rozdzielczości 1024 x 768 dpi oraz wydłużonym czasem pracy na baterii do 5-6 godzin.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 10:** pkt. 20 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor bez możliwości rozbudowy o 12 odprowadzeniowe EKG?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 11:** pkt. 32 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor, który nie posiada funkcji umożliwiającej pomiar ciśnienia krwi i pulsoksymetrii na jednej ręce bez wywoływania alarmu SPO2 podczas ucisku mankietu?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

*Dotyczy części 4 – Lampa zabiegowa przyścienna – 3 szt.*

**Pytanie nr 12:** Prosimy o sprecyzowanie czy chodzi o lampę statywową czy przyścienną. W pkt 2 specyfikacji technicznej jest zapis, że lampa ma być na statywie pięcioramiennym przyścienna, co wzajemnie się wyklucza. Lampa przyścienna nie jest wyposażona w statyw.

**Odpowiedź:** Zamawiający miał na myśli lampę zabiegową mocowaną do ściany, bez statywu. Zapis o statywie jest wprowadzony do SIWZ omyłkowo a wyjaśnienie odnośnie tego zapisu zostało podane w „Wyjaśnieniu nr 1” z dnia 06.05.2011 r. na stronie BIP

[http://spow.goleniow.ibip.pl/public/get\\_file\\_contents.php?id=222863](http://spow.goleniow.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=222863)).

*Dotyczy części 4 – Lampa zabiegowa przejezdna – 2 szt.*

**Pytanie nr 13:** Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania lampy na stabilnym statywie wyposażonym w cztery koła. Taka podstawa gwarantuje bezpieczeństwo, stabilność i wygodę w użytkowaniu lampy.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

*Dotyczy części 3 – Detektor tętna płodu*

**Pytanie nr 14:** Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie: Czy Zamawiający będzie potrzebował detektorów zasilanych bateryjnie czy akumulatorowo – mają one różną cenę, a niedoprecyzowanie może powodować komplikacje w momencie przekazania towaru.

**Odpowiedź:** Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnie z opisem w SIWZ.

*Dotyczy części 4 – Lampy*

**Pytanie nr 15:** a) i b) – Prosimy o wykreślenie zapisu: KRAJ POCHODZENIA: POLSKA. Zapis ten wskazuje na jedyne go producenta na rynku polskim mogącego zaoferować wymagany przez zamawiającego sprzęt odcinając tym samym możliwość złożenia oferty dystrybutorom lamp co jest niezgodne z Ustawą o nieuczciwej konkurencji a przy tym nie pozwala Zamawiającemu wybrać najkorzystniejszej dla niego oferty.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 16:** a) pkt 2. Prosimy o doprecyzowanie: Zamawiający wymaga zaoferowania lampy przejezdnej na statywie pięcioramiennym czy też montowanej do ściany? Jeżeli ma to być lampa przejezdna prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie lampy na statywie czteroramiennym.

**Odpowiedź:** Zamawiający miał na myśli lampę zabiegową mocowaną do ściany, bez statywu. Zapis o statywie jest wprowadzony do SIWZ omyłkowo a wyjaśnienie odnośnie tego zapisu zostało podane w „Wyjaśnieniu nr 1” z dnia 06.05.2011 r. na stronie BIP

[http://spow.goleniow.ibip.pl/public/get\\_file\\_contents.php?id=222863](http://spow.goleniow.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=222863))

**Pytanie nr 17:** b) pkt 2. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie lampy na statywie czteroramiennym. Jest to niewielka zmiana w stosunku do wymogów Zamawiającego i nie ma wpływu na parametry użytkowe sprzętu.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 18:** Czy Zamawiający dopuści kraj pochodzenia inny niż Polska?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

*Tomasz Stanisławski*  
Przewodniczący Zarządu Powiatu